

Łódź, dn. 22.07.2015 r.

Zapytanie ofertowe ZO-EM-44/555/07/2015

**W związku z realizacją Projektu w ramach III konkursu „Programu Badań Stosowanych”
w ścieżce programowej B, Energetyka i elektrotechnika**

Firma Vibroson Łódź Sp. z o. o. prosi o składanie ofert handlowych na multimetr cęgowy.

1. Opis przedmiotu zamówienia: Multimetr cęgowy – 1 szt.

- Typ miernika: cyfrowy miernik cęgowy
- Średnica mierzonego przewodu maks. 34 mm
- Rodzaj użytego wyświetlacza: LCD
- Zakres pomiaru prądu DC: 0,1...999,9 A
- Dokładność pomiaru prądu DC: $\pm(2\% \text{ 5 cyfr})$
- Zakres pomiaru prądu AC: 0,1...999,9 A
- Dokładność pomiaru prądu AC: $\pm(2\% \text{ 5 cyfr})$
- Zakres pomiaru napięcia DC: 0,1m...1000 V
- Dokładność pomiaru napięcia DC: $\pm(1\% \text{ 5 cyfr})$
- Zakres pomiaru napięcia AC: 0,1...1000 V
- Dokładność pomiaru napięcia AC: $\pm(1,5\% \text{ 5 cyfr})$
- Zakres pomiaru rezystancji: 0,1...60 k Ω
- Dokładność pomiaru rezystancji: $\pm(1\% \text{ 5 cyfr})$
- Zakres pomiaru pojemności: 1 μ ...1000 μ F
- Dokładność pomiaru pojemności: $\pm(1\% \text{ 4 cyfry})$
- Zakres pomiaru częstotliwości: 0,1...500 Hz
- Dokładność pomiaru częstotliwości: $\pm(0,5\% \text{ 5 cyfr})$
- Źródło zasilania: 2 baterie 1,5 V LR6 (AA)
- Zgodność z normą: EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV

Właściwości przyrządów pomiarowych:

- podświetlany wyświetlacz LCD
- filtr dolnoprzepustowy do pomiaru parametrów napędów
- funkcja HOLD (zatrzymanie wskazań wyświetlacza)
- funkcja MIN/MAX/ŚRED
- funkcja pomiaru prądów rozruchowych
- pomiar rzeczywistej wartości skutecznej True RMS
- test ciągłości obwodu
- elastyczne cęgi do 2500 A

Wypożyczenie standardowe:

- elastyczna przystawka prądowa
- miękki pokrowiec
- przewody pomiarowe

Płatność przelewem.

2. Informacje dodatkowe:

Tryb udzielania zamówienia: konkurs ofert

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 22.07.2015 r.

Termin nadsyłania oferty: Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 24.07.2015 r. do godziny 12:00 w formie elektronicznej na adres m.ziolkiewicz@vibroson.com.pl

Termin realizacji przedmiotu oferty: 4 dni robocze od daty złożenia zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: 100 % cena netto.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert prześle wyniki konkursu ofert do wszystkich oferentów, a następnie prześle oferentowi, którego oferta uzyskała największą ilość punktów, zamówienie na realizację przedmiotu oferty.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.vibroson.com.pl zakładka „Aktualności”, oraz w siedzibie Spółki: ul. Wileńska 10, 94 – 029 Łódź na tablicy ogłoszeń.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.