

Łódź, dn. 12.11.2015 r.

Zapytanie ofertowe ZO-EM-59/555/11/2015

**W związku z realizacją Projektu w ramach III konkursu „Programu Badań Stosowanych”
w ścieżce programowej B, Energetyka i elektrotechnika**

Firma Vibroson Łódź Sp. z o. o. prosi o składanie ofert handlowych na endoskop techniczny.

1. Opis przedmiotu zamówienia: Endoskop techniczny – 1 szt.

- funkcja video, funkcja audio, gniazdo statywu, WiFi, funkcja obracania
- półelastyczna sonda z kamerą Ø 5,5 mm
- sonda: Ø 6 mm
- pole widzenia: 65 °
- głowica sondy z funkcją obracania kamery ok. 240°
- długość sondy min. 1m.
- ekran LCD 13,5 cm
- rozdzielczość wyświetlacza: 640 x 480 px
- rozdzielczość kamery: 640 x 480 px
- oświetlenie kamery za pomocą diody LED z funkcją wyłączania i przyciemniania
- zapis danych video i obrazów na karcie pamięci SD
- zapis filmów z rejestracją dźwięku przez wbudowany mikrofon
- stopień ochrony: IP57 (Sonda), IP67 (jednostka główna)
- temperatura otoczenia: Od -10 do +60 °C
- zasilanie: akumulator litowo-polimerowy/zasilacz 100 - 240 V/AC

Płatność przelewem.

2. Informacje dodatkowe:

Tryb udzielania zamówienia: konkurs ofert

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 12.11.2015 r.

Termin nadsyłania oferty: Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 17.11.2015 r. do godziny 16:00 w formie elektronicznej na adres m.ziolkiewicz@vibroson.com.pl

Termin realizacji przedmiotu oferty: 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium: 100 % cena netto.

Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert prześle wyniki konkursu ofert do wszystkich oferentów, a następnie prześle oferentowi, którego oferta uzyskała największą ilość punktów, zamówienie na realizację przedmiotu oferty.

Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.vibroson.com.pl zakładka „Aktualności”, oraz w siedzibie Spółki: ul. Wileńska 10, 94 – 029 Łódź na tablicy ogłoszeń.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.